


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/08/2025 - 23/09/2025
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	23 dias (77%)	
< 4 horas	6 dias (20%)	
Horas de utilização	141 horas 37 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 43 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 53 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/09/2025)	444 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222041444
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.4	Percentil 95.º: 11.6	Máximo: 11.8	
Fugas — l/min	Mediana: 10.8	Percentil 95.º: 30.1	Máximo: 41.2	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 2.6	IAH: 3.1	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222041444

Utilização (horas)

Dias de utilização **29/30 (97 %)**

>= 4 horas dias

23 (77 %)

< 4 horas dias

6 (20 %)


Dias sem utilização

1 (3 %)

Dias sem dados

0 (0 %)

Utilização/dia (méd.) **4,9 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **41,2**

% 95.º (méd.)

30,1

Mediana (méd.)

10,8



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **12,0**

Definir pressão mín. **8,0**


Máximo (méd.) **11,8**

% 95.º (méd.)

11,6

Mediana (méd.)

10,4



IAH (eventos/hora)

IAH

3.1

IH

2.6

IA

0.5

IAC

0.1

IAO

0.2

IAD

0.2

RERA

0.7

%RCS (méd.)

0.0

