


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 25/08/2025 - 30/08/2025 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 6/6 dias (100%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 5 dias (83%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 1 dias (17%)        |                         |
| Horas de utilização                                          | 35 horas 49 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 5 horas 58 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 5 horas 58 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 47 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 30/08/2025) | 5,338 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22221549748  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 4 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 12 cmH2O     |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |
| Resposta            | Suave        |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 10.2  | Percentil 95.º: 11.4 | Máximo: 11.7 |     |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 1.0   | Percentil 95.º: 7.4  | Máximo: 35.0 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.7        | IH: 2.5              | IAH: 3.2     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.7   | Obstrutiva: 0.0      | Desconhecid  | 0.0 |
| Índice RERA                                        | 0.5            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549748


## Utilização (horas)



## Fuga (l/min)



## Pressão (cmH2O)



## IAH (eventos/hora)

