


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/09/2025 - 07/09/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (86%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	39 horas 7 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 35 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 35 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 4 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/09/2025)	5,384 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549748
Modo	CPAP
Pressão definida	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.3	Percentil 95.º: 2.9	Máximo: 10.6	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 1.6	IAH: 1.9	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549748


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

