


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/09/2025 - 19/10/2025
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	18 dias (60%)	
< 4 horas	10 dias (33%)	
Horas de utilização	137 horas 29 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 35 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 55 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 14 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/10/2025)	2,108 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653865
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.3	Percentil 95.º: 12.3	Máximo: 18.6	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 0.2	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653865


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

