


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/09/2025 - 30/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	194 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 29 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 7 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 30/09/2025)	5,445 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039475
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 12.0	Percentil 95.º: 21.9	Máximo: 27.6	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 0.8	IAH: 1.9	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039475


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

