


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/01/2026 - 08/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	191 horas 1 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 22 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 22 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/02/2026)	6,277 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039475
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia						
Fugas — l/min	Mediana:	10.5	Percentil 95.º:	23.8	Máximo:	27.4
Eventos por hora	IA:	1.4	IH:	1.4	IAH:	2.8
Índice de apneia	Central:	1.3	Obstrutiva:	0.0	Desconhecido	0.0
Índice RERA						0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039475


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

