


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/07/2025 - 16/08/2025
Dias de utilização	25/30 dias (83%)	
>= 4 horas	8 dias (27%)	
< 4 horas	17 dias (57%)	
Horas de utilização	80 horas 41 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 41 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 14 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/08/2025)	4,873 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22211929502
Modo	CPAP
Pressão definida	8.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 23.9
Eventos por hora	IAH: 0.7

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22211929502

Utilização (horas)

Dias de utilização **25/30 (83 %)**
>= 4 horas dias **8 (27 %)**
< 4 horas dias **17 (57 %)**
Dias sem utilização **5 (17 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **3,2 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


% 95.º (méd.) **23,9**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 3.0**

Pressão definida **8,6**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.7**

