


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/07/2025 - 20/08/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	26 dias (87%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	163 horas 3 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 26 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 26 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 41 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/08/2025)	5,834 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211100272
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.4	Percentil 95.º: 9.2	Máximo: 9.3	
Fugas — l/min	Mediana: 10.7	Percentil 95.º: 20.6	Máximo: 25.7	
Eventos por hora	IA: 5.7	IH: 0.9	IAH: 6.6	
Índice de apneia	Central: 4.3	Obstrutiva: 1.3	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	7 minutos (2%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211100272


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

