


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/11/2025 - 18/12/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	26 dias (87%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	166 horas 48 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 34 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 34 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 44 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 18/12/2025)	1,187 horas	

AirCurve 10 VAuto	
Número de série	22221872747
Modo	Espon.
IPAP	14 cmH2O
EPAP	10 cmH2O
Easy-breathe	On

Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 56.6	Percentil 95.º: 85.7	Máximo: 103.3
Eventos por hora	IA: 8.1	IH: 1.3	IAH: 9.4
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid 7.6

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirCurve 10 VAuto

NS: 22221872747

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**

>= 4 horas dias

26 (87 %)

< 4 horas dias

4 (13 %)

Dias sem utilização


0 (0 %)

Dias sem dados

0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)

5,6 h



Fuga (l/min)

Limite definido

24,0 L/min

Máximo (méd.)


103,3

% 95.º (méd.)

85,7

Mediana (méd.)

56,6



Pressão (cmH2O)

Modo


Espons.

Definir IPAP

14,0

Definir EPAP

10,0



IAH (eventos/hora)

IAH

9,4

IH

1,3

IA

8,1

IAC


0,3

IAO

0,2

IAD

7,6



Relatório de terapia

AirCurve 10 VAuto

NS: 22221872747

