


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/09/2025 - 05/10/2025
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	11 dias (79%)	
< 4 horas	3 dias (21%)	
Horas de utilização	72 horas 17 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 10 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 10 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 22 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/10/2025)	763 horas	

AirCurve 10 VAuto	
Número de série	22221872747
Modo	Espon.
IPAP	14 cmH2O
EPAP	10 cmH2O
Easy-breathe	On

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 26.8	Percentil 95.º: 61.6	Máximo: 84.8	
Eventos por hora	IA: 13.1	IH: 3.7	IAH: 16.8	
Índice de apneia	Central: 1.4	Obstrutiva: 2.8	Desconhecid 8.7	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirCurve 10 VAuto

NS: 22221872747


Utilização (horas)




Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)



Relatório de terapia

AirCurve 10 VAuto

NS: 22221872747

