

Data de nasc:	14/09/1949	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	06/11/2025 - 03/12/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	06/11/2025
ID do paciente:	MARIA HELENA DE C...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624636CF3C				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 06/11/2025 - 03/12/2025

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	06/11/2025 - 03/12/2025 (28 dias)
Dias com uso do aparelho	28 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	8 dias 22horas. 41 min. 25 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 34 min. 44 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 40 min. 3 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 40 min. 3 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1horas. 41 min. 3 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	96,4%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	3,6%
Tempo total com soprador	9 dias 2horas. 46 min. 3 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	4,7 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	5,8 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	6,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	1,8


Definições do Dispositivo a partir de 03/12/2025

Modo do aparelhoAutoCPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	6 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Ativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

