

|                 |                                                                           |              |                                  |                       |                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Data de nasc:   | 14/09/1949                                                                | Organização: | FARIA E MATOS COMERCIO DE...     | Intervalo de datas:   | 03/04/2026 - 02/05/2026 |
| Referência:     |                                                                           | Morada:      | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA  | Data de configuração: | 06/11/2025              |
| ID do paciente: | MARIA HELENA DE C...                                                      |              | São José dos Campos, SP 12243690 | Máscara:              |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                  | App vinculado:        |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                  |                       |                         |
| Dispositivos:   | DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624636CF3C |              |                                  |                       |                         |

### Equipa de cuidados médicos

|                            |                                                    |                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA | FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Informações de aderência à terapêutica 03/04/2026 - 02/05/2026

### Resumo de aderência à terapêutica

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Intervalo de datas                      | 03/04/2026 - 02/05/2026 (30 dias)   |
| Dias com uso do aparelho                | 29 dias                             |
| Dias sem uso do aparelho                | 1 dia                               |
| Porcentagem de dias com uso do aparelho | 96,7%                               |
| Uso acumulado                           | 8 dias 15horas. 5 min. 3 segundos.  |
| Uso máximo (1 dia)                      | 8horas. 57 min. 49 segundos.        |
| Média de uso (todos os dias)            | 6horas. 54 min. 10 segundos.        |
| Média de uso (dias de uso)              | 7horas. 8 min. 27 segundos.         |
| Uso mínimo (1 dia)                      | 4horas. 58 min. 32 segundos.        |
| Porcentagem de dias com uso >= 4 horas  | 96,7%                               |
| Porcentagem de dias com uso < 4 horas   | 3,3%                                |
| Tempo total com soprador                | 8 dias 15horas. 5 min. 23 segundos. |

### Resumo de Auto-CPAP

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Pressão média de Auto-CPAP                 | 4,6 cmH2O   |
| Média de pico de pressão de Auto-CPAP      | 6,0 cmH2O   |
| De pressão do aparelho <= 90% do tempo     | 6,0 cmH2O   |
| Média do tempo em vazamento grande por dia | 2 segundos. |
| Média de IAH                               | 2,2         |

Definições do Dispositivo a partir de 02/05/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - Nenhum

## Configurações do dispositivo

| Parâmetro                                        | Valor                  |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Pressão mín.                                     | 4 cmH <sub>2</sub> O   |
| Pressão máx.                                     | 6 cmH <sub>2</sub> O   |
| Bloqueio Flex                                    | Desativado             |
| Desativação automática                           | Ativado                |
| Ativação automática                              | Ativado                |
| Exibir telas opcionais                           | Ativado                |
| Tipo de rampa                                    | SmartRamp              |
| Tempo de rampa                                   | 5 minutos              |
| Pressão inicial de rampa                         | 4,0 cmH <sub>2</sub> O |
| Resistência da máscara                           | Desativado             |
| Trava da resistência da máscara                  | Desativado             |
| Tipo de tubo                                     | 15                     |
| Trava do tipo de tubo                            | Desativado             |
| Opti-Start                                       | Desativado             |
| EZ-Start                                         | Desativado             |
| Temperatura do tubo                              | 3                      |
| Umidificador                                     | 5                      |
| Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido | Adaptável              |

## Horas de uso



## Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

