


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/09/2025 - 19/10/2025
Dias de utilização	13/30 dias (43%)	
>= 4 horas	10 dias (33%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	58 horas 24 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 30 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 17 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/10/2025)	2,946 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231654228
Modo	CPAP
Pressão definida	7.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.6	Percentil 95.º: 4.6	Máximo: 10.1	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.2	IAH: 1.0	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231654228


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

