


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/01/2026 - 25/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	21 dias (70%)	
< 4 horas	9 dias (30%)	
Horas de utilização	152 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 4 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 4 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 59 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/02/2026)	4,597 horas	

AirSense 10 Elite	
Número de série	22222396102
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 10.5	Máximo: 41.9	
Eventos por hora	IA: 8.8	IH: 3.3	IAH: 12.1	
Índice de apneia	Central: 7.1	Obstrutiva: 1.4	Desconhecid	0.2
Índice RERA	4.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 Elite

NS: 22222396102

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**

>= 4 horas dias

21 (70 %)

< 4 horas dias

9 (30 %)

Dias sem utilização


0 (0 %)

Dias sem dados

0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)

5,1 h



Fuga (l/min)

Limite definido

24,0 L/min

Máximo (méd.)


41,9

% 95.º (méd.)

10,5

Mediana (méd.)

0,4



Pressão (cmH2O)

Modo


CPAP

Definir EPR

Apenas rampa, 1.0

Pressão definida

6,0



IAH (eventos/hora)

IAH

12.1

IH

3.3

IA

8.8

IAC

7.1

IAO

1.4

IAD

0.2

RERA

4.8

%RCS (méd.)

0.0

