


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/04/2026 - 06/05/2026
Dias de utilização	13/14 dias (93%)	
>= 4 horas	7 dias (50%)	
< 4 horas	6 dias (43%)	
Horas de utilização	53 horas 51 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 51 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/05/2026)	5,309 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291887
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.9	Percentil 95.º: 19.5	Máximo: 25.3	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.6	IAH: 1.1	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291887


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

