


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/03/2026 - 21/04/2026
Dias de utilização	17/30 dias (57%)	
>= 4 horas	16 dias (53%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	114 horas 2 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 48 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 42 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 12 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/04/2026)	5,256 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291887
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 15.2	Máximo: 21.1	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 1.0	IAH: 2.1	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291887


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

