

Exame do Sono Biologix

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Conceição Assis De Oliveira

Data de nasc. 22/08/1954 (67 anos)

Sexo Feminino

Exame

Início 17/12/2021 - 23:29:32

Fim 18/12/2021 - 07:08:44

Tempo total 07:39:12 (459,2 min)

Tempo válido 07:33:01 (453,0 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool

☐ Congestão nasal

☐ Sedativos

☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☐ CPAP

☐ Aparelho de avanço

☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 17/12/2021

Peso 76 kg

Altura 1,49 m

IMC 34,2

Sintomas

Respondido em 17/12/2021

☐ Ronco alto e frequente

☒ Dificuldade para manter o sono

☐ Sono agitado

☐ Sono não reparador

☐ Sonolência ou cansaço diurno

☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil

☐ Dificuldade de concentração

☐ Perda de memória

☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 17/12/2021

☒ Hipertensão arterial sistêmica

☐ Doença arterial coronária

☐ Insuficiência cardíaca

☐ Arritmia cardíaca

☐ Acidente vascular cerebral (AVC)

☒ Diabetes


☐ Depressão

☒ Refluxo gastroesofágico

☐ Doença respiratória

☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o IDO

IDO < 5 Normal

5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve


15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada

IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 17/12/2021, iniciado às 23:29 e terminado às 07:08. O tempo total de registro foi de 7h39min (459 minutos) e o tempo válido foi de 7h33min (453 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 156 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 20,7/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 90% e permaneceu abaixo de 90% durante 52% do tempo de registro (237 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 18% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 20,7/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.




Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.


Exame do Sono Biologix

Oximetria (SpO₂)



SpO ₂ mínima	79%
SpO ₂ média	90%
SpO ₂ máxima	97%
Tempo com SpO ₂ < 90%	237,2 min (52%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,1 min (0%)
Número de dessaturações	156
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	20,7 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,13 /hora

Frequência Cardíaca (FC)



FC mínima	53 bpm
FC média	67 bpm
FC máxima	117 bpm

Análise de ronco

Tempo de gravação	459,0 min
Tempo com ronco	82,0 min (18%)

Polissonogramas

