

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Conceição Assis De Oliveira

Data de nasc. 22/08/1954 (69 anos)

Sexo Feminino

Exame

Início 04/10/2023 - 23:59:11

Fim 05/10/2023 - 08:56:51

Tempo total 08:57:40 (537,7 min)

Tempo válido 08:47:16 (527,3 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool☐ Congestão nasal☐ Sedativos☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☐ CPAP☐ Aparelho de avanço☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 17/12/2021

Peso 76 kg

Altura 1,49 m

IMC 34,2

Sintomas

Respondido em 17/12/2021


☐ Ronco alto e frequente☒ Dificuldade para manter o sono☐ Sono agitado☐ Sono não reparador☐ Sonolência ou cansaço diurno☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil☐ Dificuldade de concentração☐ Perda de memória☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 17/12/2021

☒ Hipertensão arterial sistêmica☐ Doença arterial coronária☐ Insuficiência cardíaca☐ Arritmia cardíaca☐ Acidente vascular cerebral (AVC)☒ Diabetes☐ Depressão☒ Refluxo gastroesofágico☐ Doença respiratória☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5 Normal

5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve

15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada

IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 04/10/2023, iniciado às 23:59 e terminado às 08:56. O tempo total de registro foi de 8h57min (537 minutos) e o tempo válido foi de 8h47min (527 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 152 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 17,3/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 89% e permaneceu abaixo de 90% durante 66% do tempo de registro (348 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 33% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 17,3/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:


1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂).
2. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%.
3. Os índices das notas 1 e 2 correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
4. A correlação entre o índice de carga hipóxica e risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Ali Azarbarzin et al, 2020).

Polissonografia tipo IV de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)

Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	75%
SpO ₂ média	89%
SpO ₂ máxima	96%
Tempo com SpO ₂ < 90%	348,7 min (66%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	3,4 min (0%)
Número de dessaturações	152
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	17,3 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	17,6 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,57 /hora

Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica (CH) **95,5 %min /hora**


Risco cardiovascular

96 %min/h



Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)




FC mínima	53 bpm
FC média	67 bpm
FC máxima	105 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	468,5 min
Tempo para dormir	28,0 min
Tempo acordado pós-sono	38,5 min
Eficiência do sono	87%

Análise de ronco

Tempo de gravação	536,0 min
Tempo com ronco	178,0 min (33%)



Polissonogramas

