


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/04/2026 - 09/05/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	212 horas 39 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 5 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 5 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 6 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/05/2026)	5,279 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231569047
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 40.5
Eventos por hora	IAH: 9.6

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22231569047


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

