


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/12/2025 - 20/01/2026
Dias de utilização	4/30 dias (13%)	
>= 4 horas	0 dias (0%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	9 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	19 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 25 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 24 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/01/2026)	3,726 horas	

AirSense 10 Elite	
Número de série	22211230110
Modo	CPAP
Pressão definida	5.8 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 2.7	Percentil 95.º: 18.3	Máximo: 38.1	
Eventos por hora	IA: 1.5	IH: 0.1	IAH: 1.6	
Índice de apneia	Central: 0.9	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.6
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22211230110


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

