


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/04/2026 - 15/04/2026	
Dias de utilização		14/15 dias (93%)	
>= 4 horas		2 dias (13%)	
< 4 horas		12 dias (80%)	
Horas de utilização		38 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)		2 horas 32 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		2 horas 43 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		2 horas 24 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/04/2026)		3,847 horas	
AirSense 10 Elite			
Número de série		22211230110	
Modo		CPAP	
Pressão definida		5.8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 6.9	Percentil 95.º: 21.3	Máximo: 32.2
Eventos por hora	IA: 2.6	IH: 0.7	IAH: 3.3
Índice de apneia	Central: 1.9	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid 0.5
Índice RERA		0.1	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22211230110


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

