


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/04/2026 - 29/04/2026	
Dias de utilização		14/15 dias (93%)	
>= 4 horas		1 dias (7%)	
< 4 horas		13 dias (87%)	
Horas de utilização		35 horas 35 minutos	
Utilização média (total de dias)		2 horas 22 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		2 horas 33 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		2 horas 26 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/04/2026)		3,881 horas	
AirSense 10 Elite			
Número de série		22211230110	
Modo		CPAP	
Pressão definida		5.8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 4.2	Percentil 95.º: 17.7	Máximo: 35.1
Eventos por hora	IA: 2.7	IH: 0.3	IAH: 3.0
Índice de apneia	Central: 1.4	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid 0.5
Índice RERA		0.2	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22211230110


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

