

JORGE LEITE SILVA

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

HORA QUE DORME

HORA QUE ACORDA

SONECA DURANTE O DIA

~~Parkinson~~
Sonolência

Dr. Mario Jorge (AOS + Parkinson)

00:00

6:45 / 3:30

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

01/02 ~~pac~~ está se adaptando bem — ~~boa~~

14/02 ~~pac~~ bem adaptado, porém ainda q n° de horas reduzido. ~~boa~~

02/02 ~~pac~~ eufórico, adaptado, precisamos ↑ n° horas ~~boa~~
colorido e pressão alta.

Queria dividir o dia continuou acordado até 10/03

30/03
22

P = 7cmH₂O

IAH = 1.0

M. de uso: 3h 15'

Quanto o uso do CPAP e o medicamento ~~boa~~

13/05
22

P = 7cmH₂O

IAH = 1.4

Fuga = 10.6

M. de uso: 5h 20'

~~boa~~

06/07
22

P = 7cmH₂O

IAH = 1.2

M. de uso: 4h 48'

~~boa~~

28
10

P = 7cmH₂O

IAH = 3.2/1h

M. de uso: 2h 55'

~~boa~~

16/12
22

P = 7cmH₂O

IAH = 2.3 efer

M. de uso: 3hs

00:00 dorme

08:00 3X na

09:00 o restaurante

10/02
2023

P = 7cmH₂O

IAH = 1.4cmH₂O

mediana uso = 4 horas

fuga mediana 8.5

fuga percentil 15.9

→ retira no meio da noite p/ ir
banheiro e na semana máscara

⊗ não trouxe máscara

2-8
-96

31/03
23 $P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $m. \text{ de uso} = 4 \text{ hrs}$
 $IAH = 1,0 \text{ e/ev}$

01/06
2023

$P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,7$
 $m. \text{ de uso} = 5 \text{ h}$
 $fuga = 9,2/\text{min}$

- bem adaptado
- ainda tinha máscara no meio da noite sem perceber.

03/03
23

$P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,4$
 $m. \text{ de uso} 4 \text{ h } 42'$

4 a Principal p/ $5 \text{ cmH}_2\text{O}$.

Jus

21/09
23

$P = 7,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,9 \text{ e/ev}$
 $m. \text{ de uso: } 4 \text{ hrs.}$

* Troco a máscara Dream Ucar

Jus Cláudia

17/10
23

$P = 7,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,9 \text{ e/ev}$
 $Fuga: 7,1 \text{ el/min}$
 $m. \text{ de uso: } 4 \text{ h } 13'$

Relata que a masc. melhorou muito

Jus

26/01
24

$P = 7,0$
 $IAH = 1,9 \text{ e/ev}$
 $m. \text{ de uso: } 2 \text{ hrs}$

Utilizou muito pouco.

Jus

15/02
24

$P = 7,0$
 $IAH = 1,5$
 $m. \text{ de uso: } 4 \text{ hrs}$

Relata que após dormir
acorda com barulho
da máscara

- bem adaptado

Natasha

04/03
24

$P = 7,0$. Paciente não estava utilizando o aparelho pois ~~estava~~ relata dificuldade
Cl a máscara e ressecamento
dos olhos.

Oriento a fuste de máscara

Natasha

11/03
24

$P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,7$
 $m. \text{ de uso: } 3 \text{ h } 34'$

Bem adaptado / utilizando
melhor a máscara
Natasha

03/24

P = 7 cm H₂O

IAH = 1,6 e/h

m. de uso: 3 h 25 m

fuga: 9,6 l/min

Ainda queixa ressecamento
dos olhos, oriento
ajuste de máscara

Natacha

25/04

24

P = 7 cm H₂O

IAH = 1,4 e/h

m. de uso: 3 h 20 m

fuga med: 5,5 l/min

Bem adaptado
S/ queixas

Natacha

23/05

24

P = 7 cm H₂O

IAH = 1,4 e/h

m. de uso: 4 h 28 m

fuga P95: 15,8 l/m

Esqueci de colocar
ou retirar no meio
da noite

Natacha

27/06

24

P = 7 cm H₂O

IAH = 5,0 e/h

m. de uso: 3 h 56 m

fuga: 14,4 e/m

Colocou a aparelha cl

mais frequência

Natacha

21/08/2024

P = 7 cm H₂O

IAH = 11,6 e/h

m. uso = 4 h 32'

fuga = 14,1 l/min

cental: 8,9

AO: 0,5

Dex: 0,1

IH: 2,2

↓ P: 6,0 cm H₂O

Silvia

25/10/24

P = 6 cm H₂O

IAH = 1,5 e/h

m. uso = 4 h 20'

fuga = 16 e/min

retira no meio da noite

e não usa todo dia

Segue usar todo dia

Silvia

30/01/25

P = 6 cm H₂O

IAH = 1,4 e/h

m. uso = 4 h 30 min

fuga = 19 e/min

Bem adaptado / retira às vezes.

* hoco filtro *

Silvia



15/04/25 Último dia de utilização foi em 12/02
até então que a planta estragou e não
utilizou desde então

$P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,7 \text{ e/h}$
 $m \text{ de uso} = 3 \text{ h } 29'$
 $fuga = 23,2 \text{ l/min}$

Natasha

19/05/25 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3,5 \text{ e/h}$
 $m \text{ de uso} = 4 \text{ h } 10 \text{ min}$
 $fuga = 16 \text{ l/min}$

usou 18 dias de 30 dias

relata que engasga

silêncio e agendo retorno 30 dias

30/06/25 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 6,6 \text{ e/h}$ $AC = 3/4$ $4 \text{ h } 25'$
 $m \text{ de uso} = 3 \text{ h } 19 \text{ min}$
 $fuga = 11 \text{ l/min}$

usou 22 / 30 dias

$\downarrow P: 5,8 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\downarrow P \text{ inicial}: 4 \text{ cmH}_2\text{O}$

Design APE