


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/08/2025 - 03/09/2025
Dias de utilização	25/30 dias (83%)	
>= 4 horas	25 dias (83%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	199 horas 46 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 40 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 59 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 2 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/09/2025)	8,109 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221800072
Modo	CPAP
Pressão definida	13.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 2.6	Percentil 95.º: 42.4	Máximo: 56.3	
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 0.4	IAH: 1.8	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221800072


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

