

22221800072 DN798

TATIANA TEREZA CASTELLO BRANCO R COELHO			
MEDICAMENTOS:	HAS		
SINTOMAS/QUEIXAS	Risco - memória cl deficit		
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA			
HORA QUE DORME	33,4/ev cl pressão 12.		
PRÁTICA EXERCÍCIO			
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
24/10/22 - adaptação do CPAP, já utilizava cl pressão de 14 cmH ₂ O <i>fua</i>			
04/11	P = 12.9		
22	IAH = 11.4		
	M. de uso: 7h5'		
	Fuga = 28.1	<i>fua</i>	
24/11	P = 12.9 cmH ₂ O		
22	IAH = 11.5 e/ev		
	M. de uso: 7h54'		
Relata que está mais agitada, olha os netos. Coloco em CPAP pressão fixa 12.9 cmH ₂ O.			
14/12	P = 12.9	troco filtro	
22	IAH = 9.0 e/ev		
	M. de uso: 8hr	<i>fua</i>	
07/02	P = 13	↑ P = 13.5	
23	M. de uso: 8.17	troco o filtro	
	IAH = 10.8 e/ev	<i>fua</i>	
05/04	P = 13.6		
2023	IAH = 11.5	- queixa dor joelho fiz RNM.	
	M. de uso = 8h25 min	- acordar 1x banheiro	
	fuga = 32.5 l/min	⊗ troco filtro	
↑ P. mínima: 7.4 cmH ₂ O seguiu elevar cabeceira			
07/06	P = 13.6 cmH ₂ O.		
2023	IAH = 6.4 e/ev	- bem adaptada ⊗ troco filtro	
	M. de uso = 8h16'	- ajuste máscara OK.	
	fuga = 31.3	- Po joelho dir <i>silva</i>	
26/05/23			

09/08
2023 P = 13,6 cmH₂O
IAH = 5,1 e/h
fuga: 43 l/min
m. de uso: 8h36' min

- pouco hoco filho

20/10
2023 P = 13,6 cmH₂O
IAH = 4,1
fuga: 37 l/min
média uso: 8h15'

Bem adaptada fore Covid - leve.

* hoco-filho + prong Dream Wear (S)

29/02/24 P = 13,6 cmH₂O
IAH = 4,5
m. de uso: 8h14'
fuga: 28,6 l/m

Bem adaptada / dorme
algumas noites na filha
e usa aparelho antigo la.

Natasha

02/05
24 P = 13,6 cmH₂O
IAH = 4,5 e/h
m. de uso: 8h1m
fuga: 12 l/min (mediana)

Bem adaptada
S/ queixos

Natasha

04/07
24 P = 13,6 cmH₂O
IAH = 4,4 e/h
m. de uso: 8h30'
Fuga = 28,8

Troco o filtro
fua

05/09
24 P = 13,6 cmH₂O
IAH = 4,0 e/h
M. de uso: 8h49'
Fuga = 34,6 lpm

troquei p/ o prong D. Pillow

fua.

05/12/24 P = 13,6 cmH₂O
IAH = 1,7 e/h
m. de uso: 8h30'
fuga: 37 l/min

→ não se adaptou a prong pillow
comprou prong dream wear (S)

Silvia

11/03/24 P = 13,6 cmH₂O
IAH = 1,5 e/h
m. de uso: 8h11'
fuga: 33,3 l/m

Bem adaptada

Natasha

12/06
25 P = 13,6 cmH₂O
IAH = 1,3 e/h
m. de uso: 7:48h

fua Cláudia

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Tatiana Tereza Castello Branco Rodrigues Coelho

EXAME nº: 5166 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 06/07/2022

IDADE: 75 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h13min e concluído às 07h07min. A latência para o sono foi de 9 minutos e a latência para o estágio REM, de 188 minutos. O tempo total de sono foi de 396 minutos (06h36min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 86%. A distribuição do sono mostrou 9,3% de estágio 1, 80,4% de estágio 2, 5,4% de estágio 3 e 4,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 55,5 minutos em vigília, ocorreram 110 microdespertares (índice: 16,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 25/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 33,2/hora, sendo 10,5 apneia/hora e 22,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 33,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara facial Mirage Quattro medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 12 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (33,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (33,2/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina e arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 80 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 9 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (188 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (86%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 16,7/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento da porcentagem do estágio 2 (80,4%; normal: 45-55%) e a redução dos estágios 3 (5,4%; normal: 10-12%) e REM (4,8%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 1 (9,3%; normal: 8-10%) permaneceu nos limites da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (25/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 4 (normal até 9; máxima: 24).