


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/08/2025 - 03/09/2025
Dias de utilização		5/6 dias (83%)
>= 4 horas		4 dias (67%)
< 4 horas		1 dias (17%)
Horas de utilização		26 horas 40 minutos
Utilização média (total de dias)		4 horas 27 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 20 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 49 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/09/2025)		26 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260550
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.1	Percentil 95.º: 8.1	Máximo: 8.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 12.7	Máximo: 55.9	
Eventos por hora	IA: 1.7	IH: 0.2	IAH: 1.9	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid 0.2	
Índice RERA				0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260550


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

