


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		26/09/2025 - 23/10/2025
Dias de utilização	22/28 dias (79%)	
>= 4 horas	11 dias (39%)	
< 4 horas	11 dias (39%)	
Horas de utilização	77 horas 32 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 46 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 1 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/10/2025)	168 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260550
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 2.2	Percentil 95.º: 10.1	Máximo: 31.4	
Eventos por hora	IA: 1.8	IH: 0.2	IAH: 2.0	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260550


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

