


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/11/2025 - 17/11/2025
Dias de utilização	12/13 dias (92%)	
>= 4 horas	8 dias (62%)	
< 4 horas	4 dias (31%)	
Horas de utilização	64 horas 20 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 22 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 7 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/11/2025)	4,212 horas	

AirCurve 10 ST-A	
Número de série	22221464267
Modo	Espont. temporiz.
IPAP	8 cmH2O
EPAP	4 cmH2O
iBR	Desl.
Frequência respiratória	12 cpm

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 11.6	Percentil 95.º: 37.7	Máximo: 82.5	
Eventos por hora	IA: 4.7	IH: 5.1	IAH: 9.8	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirCurve 10 ST-A

NS: 22221464267


Utilização (horas)




Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)




Relatório de terapia

AirCurve 10 ST-A

NS: 22221464267

Volume corrente (ml)


Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)



Frequência respiratória (respirações/min)


Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

Respirações espontâneas
Accionada
Ciclado



Ventilação por minuto (l/min)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)



Relação I:E (mediana em %)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

%E
%I

