


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/08/2025 - 28/09/2025
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	188 horas 48 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 18 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 33 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/09/2025)	3,652 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039465
Modo	AutoSet
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.9	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 11.1	Percentil 95.º: 59.1	Máximo: 79.2	
Eventos por hora	IA: 0.0	IH: 0.1	IAH: 0.1	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039465


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

