


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/09/2025 - 15/10/2025
Dias de utilização	10/30 dias (33%)	
>= 4 horas	0 dias (0%)	
< 4 horas	10 dias (33%)	
Horas de utilização	26 horas 9 minutos	
Utilização média (total de dias)	52 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 37 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 48 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/10/2025)	5,352 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221801394
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 5.6	Percentil 95.º: 26.8	Máximo: 35.6	
Eventos por hora	IA: 6.2	IH: 0.8	IAH: 7.0	
Índice de apneia	Central: 3.6	Obstrutiva: 1.2	Desconhecid 1.3	
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	5 minutos (3%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22221801394

