


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/01/2026 - 06/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	207 horas 35 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 55 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 55 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 49 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/02/2026)	4,559 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211190142
Modo	CPAP
Pressão definida	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.5	Percentil 95.º: 9.0	Máximo: 13.0	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.3	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211190142


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

