


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/08/2025 - 23/09/2025
Dias de utilização		30/30 dias (100%)
>= 4 horas		30 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		244 horas 3 minutos
Utilização média (total de dias)		8 horas 8 minutos
Utilização média (dias de utilização)		8 horas 8 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		8 horas 5 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/09/2025)		6,068 horas
AirSense 10 AutoSet		
Número de série		22222039627
Modo		CPAP
Pressão definida		6 cmH2O
EPR		Apenas rampa
Nível de EPR		1
Terapia		
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 1.5 Máximo: 69.2
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.1 IAH: 0.4
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.1 Desconhecid 0.1
Índice RERA	0.3	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039627


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

