


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/08/2025 - 01/09/2025
Dias de utilização	11/11 dias (100%)	
>= 4 horas	10 dias (91%)	
< 4 horas	1 dias (9%)	
Horas de utilização	73 horas 18 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 40 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 45 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/09/2025)	7,388 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211190143
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.3	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 4.1	Percentil 95.º: 13.2	Máximo: 26.5	
Eventos por hora	IA: 1.7	IH: 2.7	IAH: 4.4	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	0.2
Índice RERA	1.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	10 minutos (3%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211190143

Utilização (horas)


Dias de utilização **11/11 (100 %)**
>= 4 horas dias **10 (91 %)**
< 4 horas dias **1 (9 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **6,7 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **26,5**
% 95.º (méd.) **13,2**
Mediana (méd.) **4,1**



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**
Definir pressão máx. **10,0**
Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **10,0**
% 95.º (méd.) **9,9**
Mediana (méd.) **8,3**



IAH (eventos/hora)

IAH **4.4**
IH **2.7**
IA **1.7**
IAC **0.7**
IAO **0.7**
IAD **0.2**
RERA **1.6**
%RCS (méd.) **2.7**

