


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/09/2025 - 10/09/2025
Dias de utilização	9/9 dias (100%)	
>= 4 horas	0 dias (0%)	
< 4 horas	9 dias (100%)	
Horas de utilização	20 horas 57 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 20 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 20 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 37 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/09/2025)	130 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260594
Modo	AutoSet
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 12.3	Percentil 95.º: 13.9	Máximo: 13.9	
Fugas — l/min	Mediana: 4.9	Percentil 95.º: 25.7	Máximo: 40.8	
Eventos por hora	IA: 27.2	IH: 0.0	IAH: 27.2	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 22.6	Desconhecid	4.5
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260594

