


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/09/2025 - 21/09/2025
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		53 horas 16 minutos
Utilização média (total de dias)		7 horas 37 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 37 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 53 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/09/2025)		2,232 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221596628
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.0	Percentil 95.º: 8.1	Máximo: 8.1	
Fugas — l/min	Mediana: 16.8	Percentil 95.º: 37.7	Máximo: 53.7	
Eventos por hora	IA: 1.6	IH: 0.9	IAH: 2.5	
Índice de apneia	Central: 0.9	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.1
Índice RERA				1.0
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221596628


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

