


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/11/2025 - 14/12/2025
Dias de utilização	10/15 dias (67%)	
>= 4 horas	9 dias (60%)	
< 4 horas	1 dias (7%)	
Horas de utilização	58 horas 20 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 53 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/12/2025)	58 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217637
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 23.6
Eventos por hora	IAH: 0.4

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 CPAP

NS: 22242217637

Utilização (horas)

Dias de utilização **10/15 (67 %)**


>= 4 horas dias **9 (60 %)**

< 4 horas dias **1 (7 %)**

Dias sem utilização **5 (33 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **5,8 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

% 95.º (méd.) **23,6**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **6,0**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.4**

