


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/12/2025 - 28/01/2026
Dias de utilização	14/30 dias (47%)	
>= 4 horas	13 dias (43%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	86 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 52 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 35 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/01/2026)	175 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217637
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 6.4
Eventos por hora	IAH: 0.2

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 CPAP

NS: 22242217637

Utilização (horas)

Dias de utilização **14/30 (47 %)**

>= 4 horas dias

13 (43 %)


< 4 horas dias

1 (3 %)

Dias sem utilização **16 (53 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **6,1 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

% 95.º (méd.) **6,4**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **6,0**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐

0.2

