


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/03/2026 - 27/04/2026
Dias de utilização	21/30 dias (70%)	
>= 4 horas	14 dias (47%)	
< 4 horas	7 dias (23%)	
Horas de utilização	91 horas 30 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/04/2026)	3,605 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231654223
Modo	CPAP
Pressão definida	14 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 7.4	Percentil 95.º: 24.9	Máximo: 38.0	
Eventos por hora	IA: 5.2	IH: 1.8	IAH: 7.0	
Índice de apneia	Central: 2.0	Obstrutiva: 1.6	Desconhecid	1.5
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231654223


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

