


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/03/2026 - 21/04/2026
Dias de utilização	22/30 dias (73%)	
>= 4 horas	15 dias (50%)	
< 4 horas	7 dias (23%)	
Horas de utilização	104 horas 59 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 30 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 54 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/04/2026)	276 horas	

AirSense 11 AutoSet	
Número de série	22252032690
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.2	Percentil 95.º: 6.7	Máximo: 6.8	
Fugas — l/min	Mediana: 1.7	Percentil 95.º: 12.5	Máximo: 19.5	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 0.5	IAH: 1.6	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032690

Utilização (horas)

Dias de utilização **22/30 (73 %)**
>= 4 horas dias **15 (50 %)**
< 4 horas dias **7 (23 %)**
Dias sem utilização **8 (27 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **4,8 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **19,5**
% 95.º (méd.) **12,5**
Mediana (méd.) **1,7**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Desl.**


Definir pressão máx. **7,0**
Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **6,8**
% 95.º (méd.) **6,7**
Mediana (méd.) **6,2**



IAH (eventos/hora)


IAH ☐ **1.6**
IH ☐ **0.5**
IA ☐ **1.1**
IAC **0,2**
IAO **0,8**
IAD **0,0**
RERA **0,9**
%RCS (méd.) **0.0**



Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032690



Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032690

Care Check-In

Não há dados disponíveis porque o usuário se recusou a responder as perguntas de terapia, esse recurso foi desativado no dispositivo do usuário ou o usuário não autorizou compartilhar seus dados com o myAir.

Sobre o Care Check-In

São realizadas pesquisas curtas com pacientes em dispositivos ResMed selecionados (incluindo Air11™) e no aplicativo myAir para entender melhor como o paciente está se saindo com a terapia. Se o paciente consentir, podemos compartilhar informações do Care Check-in por meio do AirView para usuários clínicos.

Perguntas e respostas

No início da terapia, é feita uma pergunta de referência ao paciente. Algumas perguntas adicionais são feitas, cerca de uma vez por semana, durante os estágios iniciais da terapia. As perguntas variam de acordo com o tipo de dispositivo. Por exemplo, para um dispositivo específico, você poderá ver perguntas deste tipo:

Quão sonolento você se sentiu esta semana? Extremamente, Muito, Moderado, Levemente, Não me senti sonolento