

DADOS DO PACIENTE

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986 Sexo: —

Médico: — Telefone: —

Média de IAHL: 0,3 Média de Utilização (h:min): 7:04 Adesão Tto.*: 100 %
* Últimos 29 Dias
% noites de utilização CPAP ≥4 horas a partir de 13 out 2025

EQUIPAMENTOS

EM 10 nov 2025

Modelo: SleepStyle Auto Umidif.: 4,0
Nº de Série: 19042GP4C Alívio Expiratório: Desligado
Modo: Auto SensAwake: Desligado
Pressão Mín. Ajustada: 11,0 cmH₂O
Pressão Máx. Ajustada: 12,0 cmH₂O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 29 DIAS

13 out 2025 - 10 nov 2025

INÍCIO DA TERAPIA

25 set 2020 - 10 nov 2025

Total de Dias:

Utilização: 29 (100 %) 1644 (88 %)
Utilização ≥ 4 horas: 29 (100 %) 1266 (68 %)
Não Utilizado: 0 (0 %) 229 (12 %)

Média de Utilização (Dias em Terapia): 7:04 5:44
Média de Utilização (Todos os Dias): 7:04 5:02
Total Func.: 205:18 9792:12

EFICÁCIA**

IAHL: 0,3 Duração das Apnéias: 13 s IAC: 0,0
Pressão: 10 cmH₂O Pressão de 90º Percentil: 11 cmH₂O À Pressão Máxima: 12 %
Vazamento do Sistema: 36 L/min Vazamento no 90º Percentil: 47 L/min Vazamento Alto: 3 %
Nº de Ativações do SensAwake: 0 por noite SensAwake Ligado: 0 %


AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 23 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 7:04
Dias de Utilização: 100 %
Total Func.
Total de Utilização
Utilização <4 h
Umídif.



DADOS DO PACIENTE

Nome:	RICARDO ANDRE DA SILVA	Telefone:	—
Identificação Paciente:	—	E-mail:	—
Data de Nascimento:	13 mar 1986	Sexo:	—


IAH

Eventos por hora

IAH:	0,3
IAC:	0,0
IAO:	0,0
IH:	0,2

IAH Total

IAH = 5



PRESSÃO

cmH₂O


Média:	10,0
90º Percentil:	11,0

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx



VAZAMENTO SIST.


l/min

Média:	36
90º Percentil:	47

Média

90º Percentil

Vazamento Alto



UTILIZAÇÃO

Horas


Média:	7:04
Dias de Utilização:	100 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h

Umidif.



RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986
Sexo: —

Histórico de Prescrições




04 nov 2025
ter 04 nov 2025 23:23 -
qua 05 nov 2025 07:30

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:54
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 0,4
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 3
IH: 0,4
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 74
Limitações de Fluxo (/h): 11,6
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0



PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 10,5
90° Percentil: 11,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 39
90° Percentil: 48
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO


P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	0	0	0	0	0	408	66	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	5	69	0	0	0	0	0	0	0	0

05 nov 2025

qua 05 nov 2025 23:34 -
qui 06 nov 2025 04:55


Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986
Sexo: —

TEMPO FUNC.



EVENTOS


IAH: 0,2
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 1
IH: 0,2
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 12
Limitações de Fluxo (/h): 2,7
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0



PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 10,5
90º Percentil: 11,5
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 38
90º Percentil: 44
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	0	0	0	0	0	268	38	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0

06 nov 2025


qui 06 nov 2025 23:17 -
sex 07 nov 2025 07:38

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 8:12
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 0,0
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 0
IH: 0,0
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 65
Limitações de Fluxo (/h): 8,9
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0



PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 10,5
90º Percentil: 11,5
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 47
90º Percentil: 75
Vazamento Alto*: 27 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	0	0	0	0	0	386	106	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	2	63	0	0	0	0	0	0	0	0


07 nov 2025

sex 07 nov 2025 22:50 -
sáb 08 nov 2025 07:47

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:42
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 0,0
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 0
IH: 0,0
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 28
Limitações de Fluxo (/h): 3,6
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 10,5
90° Percentil: 11,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 37
90° Percentil: 48
Vazamento Alto*: 0 %




TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	0	0	0	0	0	430	32	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0


08 nov 2025
sáb 08 nov 2025 23:45 -
dom 09 nov 2025 05:52

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986
Sexo: —


TEMPO FUNC.




EVENTOS



PRESSÃO



VAZAMENTO SIST.



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	0	0	0	0	0	344	16	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0


09 nov 2025

dom 09 nov 2025 22:20 -
seg 10 nov 2025 07:10

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 8:42
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 0,1
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 1
IH: 0,1
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 32
Limitações de Fluxo (/h): 4,1
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0



PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 11,0
90° Percentil: 12,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 50
90° Percentil: 82
Vazamento Alto*: 27 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO


P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	0	0	0	0	0	438	84	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0

10 nov 2025


ter 11 nov 2025 00:40 -
ter 11 nov 2025 06:56

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986
Sexo: —


TEMPO FUNC.




EVENTOS



PRESSÃO



VAZAMENTO SIST.



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	0	0	0	0	0	278	88	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0

ANÁLISE DE 29 DIAS

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 13 mar 1986
Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
13 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	6:30	6:30	0,3	0,0	----	----	Desligado	10,0	10,5	37
14 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	8:48	8:48	0,3	0,0	----	----	Desligado	10,5	10,5	34
15 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	6:12	6:12	0,2	0,0	----	----	Desligado	9,5	10,5	42
16 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	8:36	8:36	0,2	0,0	----	----	Desligado	10,5	10,5	34
17 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	5:48	5:48	0,5	0,2	----	----	Desligado	10,0	10,5	45
18 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	9:06	9:06	0,3	0,0	----	----	Desligado	10,0	10,5	37
19 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	7:54	7:54	0,1	0,0	----	----	Desligado	10,0	10,5	39
20 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	6:54	6:54	0,1	0,0	----	----	Desligado	10,5	10,5	36
21 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	5:30	5:30	0,2	0,0	----	----	Desligado	10,5	10,5	32
22 out 2025	Auto	Mín. 9,5 Máx. 10,5	7,0	0	7:00	7:00	0,7	0,0	----	----	Desligado	10,5	10,5	37
23 out 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	5,0	0	8:30	8:30	0,5	0,1	----	----	Desligado	11,5	11,5	36
24 out 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	5,0	0	8:00	8:00	0,6	0,1	----	----	Desligado	11,5	11,5	40
25 out 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	5,0	0	5:54	5:54	0,4	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	40
26 out 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	5,0	0	7:18	7:18	0,3	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	46
27 out 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	5,0	0	8:18	8:18	0,3	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	50
28 out 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	5:24	5:24	0,4	0,2	----	----	Desligado	11,0	11,5	39
29 out 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	7:24	7:24	0,2	0,2	----	----	Desligado	11,0	11,5	53
30 out 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	6:54	6:54	0,0	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	41
31 out 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	7:30	7:30	0,3	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	43
01 nov 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	6:18	6:18	0,8	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	49
02 nov 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	6:30	6:30	0,3	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	45
03 nov 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	5:18	5:18	0,2	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	64
04 nov 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	7:54	7:54	0,4	0,0	----	----	Desligado	11,0	11,5	48
05 nov 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	5:06	5:06	0,2	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	44
06 nov 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	8:12	8:12	0,0	0,0	----	----	Desligado	11,5	11,5	75
07 nov 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	7:42	7:42	0,0	0,0	----	----	Desligado	11,0	11,5	48
08 nov 2025	Auto	Mín. 10,5 Máx. 11,5	4,0	0	6:00	6:00	0,0	0,0	----	----	Desligado	11,0	11,5	48
09 nov 2025	Auto	Mín. 11,0 Máx. 12,0	4,0	0	8:42	8:42	0,1	0,0	----	----	Desligado	12,0	12,0	82
10 nov 2025	Auto	Mín. 11,0 Máx. 12,0	4,0	0	6:06	6:06	0,5	0,0	----	----	Desligado	12,0	12,0	86