

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sra. TOMIKO HAYASHI MATIAS**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **23 novembro 1945** Idade: **79**
Sexo: **Feminino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **14/08/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

15/07/2025 - 13/08/2025		Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 23151304625)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: CPAP	Pressão programada: 7,0 cmH20	APE: RAMP_ONLY	
Nível APE: 3,0 cmH20	Activar APE: OFF	Activação paciente APE: OFF	
Activação subida: ON	Tempo de rampa: 40,0 Minutos	Acesso: LIGADO	
Fuga - l/min			
Mediana: 0,0	Percentil 95: 13,2	Máximo/a: 41,4	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 0,5	Índice de hipopneia: 0,1	AHI: 0,6	
Obstrutiva: 0,3	Central: 0,1	Desconhecida: 0,0	
Índice RERA: 0,1	% tempo em CSR: 0,0		
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 30	Dias de Uso < 4 horas : 0	% Dias de Uso >= 4 horas : 100	
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 239:11	
Mediana do uso diário: 7:54	Média de uso diário: 7:58		


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


15/07/2025 - 13/08/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 23151304625)


Pressão




Fuga



IAH & IA



Uso



Utilização total e Cheyne-Stokes

