


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/09/2025 - 29/09/2025
Dias de utilização	10/27 dias (37%)	
>= 4 horas	0 dias (0%)	
< 4 horas	10 dias (37%)	
Horas de utilização	14 horas 17 minutos	
Utilização média (total de dias)	32 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	1 horas 26 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	1 horas 12 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/09/2025)	2,180 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22161609643
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.1	Percentil 95.º: 10.4	Máximo: 10.4	
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 4.6	Máximo: 14.2	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.2	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22161609643


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

