


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/09/2025 - 08/09/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	55 horas 54 minutos	
Utilização média (total de dias)	9 horas 19 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	9 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	9 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/09/2025)	2,072 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039539
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.2	Percentil 95.º: 8.6	Máximo: 8.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 9.6	Máximo: 26.4	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.5	IAH: 1.2	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039539


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

