


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/09/2025 - 25/10/2025
Dias de utilização	32/32 dias (100%)	
>= 4 horas	31 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	261 horas 12 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 10 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 10 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 22 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/10/2025)	2,458 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039539
Modo	CPAP
Pressão definida	6.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 11.2	Máximo: 33.7	
Eventos por hora	IA: 2.1	IH: 0.2	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 1.6	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039539


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

