



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK – AIR VIEW (RESMED®)

NOME: Bruno Cincinato Beserra

SOLICITADO POR: Dra. Ana Cláudia Matos e Faria

DATA: 26/08/2025

IDADE: 44 anos

Comentários:

O exame foi realizado com o ApneaLink Air em domicílio durante uma noite. O exame foi gravado durante 6h25min, com duração do registro do fluxo durante 5h43min e a avaliação da saturação de O₂ durante 6h13min.

O **índice de eventos respiratórios/apneia/hipopneia (IER/IAH)** foi de 32,8/hora, sendo 11,9 apneia/hora e 21 hipopneia/hora.

O **índice de dessaturação de oxigênio (IDO)** foi 36 (o IDO considerado normal é menor que 5). A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 97%, sendo a **média** de 93% e a **mínima** de 78%.

As **frequências cardíacas** foram: **mínima**: 54; **máxima**: 100 bpm.

Proporção de períodos de **respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês)**: 0% (o valor normal é 0%).

CONCLUSÃO:

Registro de aumento acentuado do **índice de eventos respiratórios/apneia-hipopneia** (32,8/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de dessaturações acentuadas da oxi-hemoglobina (**índice de dessaturação de oxigênio**: 36).

Registraram-se 4616 episódios respiratórios, sendo 13,4 a média por minuto.

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 2118 eventos de ronco (370 eventos de ronco por hora de sono; considerei o tempo de registro de fluxo).

Sem registro de respiração de Cheyne-Stokes (0% do tempo).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Relatório de diagnóstico

Detalhes da gravação		26/08/2025	
Dispositivo	ApneaLink Air	Tipo:	III
Gravação	Início: 11:17pm	Fim: 5:43am	Duração - h: 6:25
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 11:27pm	Fim: 5:41am	Duração - h: 5:43
Avaliação saturação O2	Início: 11:27pm	Fim: 5:43am	Duração - h: 6:13
Estatísticas			
			
Índice de eventos	IER (IAH): 32.8	IA: 11.9	IH: 21.0
Supina	Tempo - h: 5:43	Porcentagem: 99.9	
	IER (IAH): 32.9	IA: 11.9	IH: 21.0
Não-supina	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0.1	
	IER (IAH): 0.0	IA: 0.0	IH: 0.0
Em pé	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0.0	
	IER (IAH): 0.0	IA: 0.0	IH: 0.0
Eventos totais	Apneias: 68	Hipopneias: 120	
AI	Obstrutiva: 11.2	Central: 0.3	Mista: 0.2 Não classificado: 0.2
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0	
Dessaturação de oxigênio	IDO: 36.0	Total: 224	
% Saturação de oxigênio	Valor inicial: 97	Média: 93	Mais baixo: 78
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%: 20	Sat. <=85%: 3	Sat. <=80%: 0
	Sat. <=88%: 10	Tempo<=88%-h: 0:38	
Respirações	Total: 4616	Média/minuto: 13.4	Ronco: 2118
Pulso - bpm	Mín.: 54	Média: 67	Máx.: 100

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos

Posição

Supina
Posição não-supina
Esquerda
Direita
Em pé

12:00am 1:00am 2:00am 3:00am 4:00am 5:00am

Apneias não

Apneia obstrutiva

Apneia central

Mista somente

Hipopneias

Dessaturação

Ronco

Cheyne-Stokes

Saturação de

(%)

Valor inicial 97

Média 93

Mais baixo 78

Pulso (bpm)

Mín. 54

Média 67

Máx. 100

