

Data de nasc:	11/03/1945	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	27/01/2026 - 25/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	04/07/2024
ID do paciente:	CLAUDINEIMOREIRA ...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J36693238CA3B				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 27/01/2026 - 25/02/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	27/01/2026 - 25/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	15 dias
Dias sem uso do aparelho	15 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	50,0%
Uso acumulado	3 dias 9 horas. 25 min. 48 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7 horas. 1 min. 26 segundos.
Média de uso (todos os dias)	2 horas. 42 min. 51 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5 horas. 25 min. 43 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2 horas. 19 min. 43 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	43,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	56,7%
Tempo total com soprador	3 dias 9 horas. 25 min. 51 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,6 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	8,1 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	8 segundos.
Média de IAH	4,7


Definições do Dispositivo a partir de 25/02/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	7 cmH ₂ O
Pressão máx.	9 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Ativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	1
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

