


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/09/2025 - 22/09/2025
Dias de utilização	11/12 dias (92%)	
>= 4 horas	10 dias (83%)	
< 4 horas	1 dias (8%)	
Horas de utilização	64 horas 12 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 1 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/09/2025)	2,857 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191678992
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 4.9	Percentil 95.º: 19.6	Máximo: 65.9	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 0.3	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22191678992

Utilização (horas)

Dias de utilização **11/12 (92 %)**


>= 4 horas dias **10 (83 %)**

< 4 horas dias **1 (8 %)**

Dias sem utilização **1 (8 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **5,8 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **65,9**

% 95.º (méd.) **19,6**

Mediana (méd.) **4,9**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 3.0**

Pressão definida **7,6**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC **1,0**

IAO **0,0**

IAD **0,1**

RERA **0,1**

%RCS (méd.) **0,0**

