


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                      | 09/08/2025 - 07/09/2025 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 29/30 dias (97%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 29 dias (97%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)          |                         |
| Horas de utilização                                          | 211 horas 23 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 7 horas 3 minutos    |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 7 horas 17 minutos   |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 7 horas 26 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 07/09/2025) | 2,007 horas          |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22232881643  |
| Modo                | CPAP         |
| Pressão definida    | 7 cmH2O      |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 2.3   | Percentil 95.º: 14.6 | Máximo: 22.7 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.4        | IH: 0.4              | IAH: 0.8     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.0   | Obstrutiva: 0.4      | Desconhecid  | 0.0 |
| Índice RERA                                        | 1.4            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881643


## Utilização (horas)

Dias de utilização **29/30 (97 %)**  
>= 4 horas dias **29 (97 %)**  
< 4 horas dias **0 (0 %)**  
Dias sem utilização **1 (3 %)**  
Dias sem dados **0 (0 %)**  
  
Utilização/dia (méd.) **7,3 h**




## Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**  
Máximo (méd.) **22,7**  
% 95.º (méd.) **14,6**  
Mediana (méd.) **2,3**



## Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**  
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**  
  
Pressão definida **7,0**



## IAH (eventos/hora)

IAH **0.8**  
IH **0.4**  
IA **0.4**  
IAC **0.0**  
IAO **0.4**  
IAD **0.0**  
RERA **1.4**  
%RCS (méd.) **0.0**

