


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/11/2025 - 07/12/2025
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	178 horas 37 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 37 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/12/2025)	2,580 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881643
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 4.1	Percentil 95.º: 26.8	Máximo: 38.4	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.3	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881643


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

