


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/11/2025 - 01/12/2025
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	11 dias (79%)	
< 4 horas	3 dias (21%)	
Horas de utilização	80 horas 27 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 45 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 45 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 41 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/12/2025)	3,003 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024667
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	7.1	Percentil 95.º:	7.9	Máximo:	7.9
Fugas — l/min	Mediana:	0.0	Percentil 95.º:	0.4	Máximo:	11.7
Eventos por hora	IA:	1.1	IH:	0.5	IAH:	1.6
Índice de apneia	Central:	0.2	Obstrutiva:	0.8	Desconhecid	0.1
Índice RERA						0.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024667

Utilização (horas)


Dias de utilização **14/14 (100 %)**
>= 4 horas dias **11 (79 %)**
< 4 horas dias **3 (21 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **5,7 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **11,7**
% 95.º (méd.) **0,4**
Mediana (méd.) **0,0**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **8,0**
Definir pressão mín. **6,0**

Máximo (méd.) **7,9**
% 95.º (méd.) **7,9**
Mediana (méd.) **7,1**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.6**
IH **0.5**
IA **1.1**
IAC **0.2**
IAO **0.8**
IAD **0.0**
RERA **0.3**
%RCS (méd.) **0.0**

